

Numer zapytania	Z4/3/1
Tytuł zapytania	Prasa laboratoryjna z płytami grzewczymi
Kupiec prowadzący:	Rzepka, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Rzepka, Adam
Data złożenia:	2024-05-06 11:17:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-05-06 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-13 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-13 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania
Bardzo proszę o przedstawienie oferty na produkt "Prasa laboratoryjna z płytami grzewczymi". Prasa będzie wykorzystywana do robienia tz. placków z uplastycznionego tworzywa sztucznego. * Zakres nacisku: 10 ÷ 100 kN(10T) * Temperatura pracy: otoczenia ÷ 300°C * Forma kształtująca materiał - wymiary do ustalenia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Prasa laboratoryjna z płytami grzewczymi		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Jakość produktu	0.2	Nie	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.2	Nie	Zniżkowy	Nie
4.	Kompleksowość	0.1	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak